



**NACIONALINIO AKREDITACIJOS BIURO  
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBOS METROLOGIJOS  
LABORATORIJOS KALIBRAVIMO VEIKLOS PAKARTOTINIO AKREDITAVIMO**

2009 m. lapkričio 04 d. Nr. V-125  
Vilnius

Remdamasi Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos Metrologijos laboratorijos bandymų veiklos įvertinimo LST EN ISO/IEC 17025:2005 atitikčiais rezultatais (2009-10-02 įvertinimo ataskaita, 2009-11-04 ataskaita apie koregavimo veiksmų įvykdymą ir ekspertų grupės rekomendacija),

1. P a k a r t o t i n a i a k r e d i t u o j u Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos Metrologijos laboratoriją santykinės oro drėgmės, atmosferos slėgio, temperatūros, debesų aukščio, atmosferos skaidrumo, sniego tankio, oro ir vandens srauto greičio matuoklių kalibravimui atlikti.
2. T v i r t i n u akreditavimo sritį (pridedama).
3. I š d u o d u akreditavimo pažymėjimą Nr.LA.02.015 ir jo priedą, kurie galioja iki galioja iki 2014-11-04.
4. L a i k a u n e g l i o j a n č i u akreditavimo pažymėjimą Nr.LA.02.015 ir jo priedą patvirtintus Nacionalinio akreditacijos biuro direktoriaus 2006-12-20 įsakymu Nr. V-122
5. N u s t a t a u k i t o priežiūros įvertinimo atlikimo terminą ne vėliau kaip 2011 m. balandžio mėn.

Direktorė




Irena Mikelionienė

**Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos  
 Metrologijos laboratorijos kalibravimo veiklos  
 AKREDITAVIMO SRITIS**


Fizikinis dydis	Kalibruojamos matavimo priemonės pavadinimas, tipas	Metrologinės charakteristikos		Geriausia matavimo galimybė (k=2)	Normatyvinio ar kito dokumento, nustatančio kalibravimo metodus, žymuo
		Matavimų ribos	Paklaida		
1	2	3	4	5	6
Atmosferos slėgis	Gyvsidabrio barometrai	(810 ÷ 1070) hPa	± 0,30 hPa	± <b>0,12 hPa</b>	KI 16:2005
	Membraniniai ir skaitmeniniai barometrai	(800 ÷ 1100) hPa	± 2,0 hPa		KI 17:2005
	Aneroidinis meteorologinis barografas	(950 ÷ 1050) hPa	± 2,0 hPa		KI 18:2005
Oro srauto greitis	Anemometras rankinis	(1 ÷ 8) m/s	± (0,30 + 0,05 V) m/s	± (0,10 ÷ 0,18) m/s	KI Nr.20:2004
		(8 ÷ 20) m/s	m/s	± (0,18 ÷ 0,34) m/s	
Vandens srauto greitis	Anemorumbometras oro srauto ir krypties matavimams	(1,5 ÷ 50) m/s	± (0,5 + 0,05 V) m/s	± (0,24 ÷ 1,46) m/s	KI Nr.23:2005
		(0 ÷ 360) laipsnių	6 laipsniai	± 0,06 laipsnio	
Oro santykinė drėgmė	Santykinės drėgmės matavimo priemonės	(0,06 ÷ 0,20) m/s	± 10 %	± 0,14 %	KI Nr.29:2004
		(0,20 ÷ 2,50) m/s	± 1,5 %		
Klimatinė kamera	Higrometras:	(10 ÷ 98) %	mechaniniai ± 10 %	± 0,54 %	KI Nr.19:2004
			skaitmeniniai ± 2 %		
		(8 ÷ 90) %	± 2 %		KI Nr.27:2004

1	2	3	4	5	6
Atmosferos skaidrumas (meteorologinis matomumas)	Atmosferos skaidrumo matuoklis	(8 ÷ 90) %	± 2 %	± 0,37 %	KI Nr. 22:2005
Temperatūra	Skystiniai ir skaitmeniniai termometrai	(-40 ÷ 60)°C	± (0,1 + 0,5)°C	± 0,05°C	KI Nr. 02:2005
	Meteorologinis termografas	(-30 ÷ 45)°C	± 1,0°C		KI Nr. 25:2005
Ilgis	Debesų aukščio matuoklis	(30 ÷ 2000) m	± (8 ÷ 150) m	± (3,99 ÷ 13,57) m	KI Nr. 21:2005
Masė	Sniegmatis	(5 ÷ 1500) g	± 5 g	0,72 g	KI Nr. 24:2005



Nacionalinio akreditacijos biuro direktorė

Irena Mikelionienė



**LIETUVOS  
NACIONALINIS  
AKREDITACIJOS  
BIURAS**

Nacionalinis akreditacijos biuras yra Europos akreditacijos organizacijos (EA) Daugiašalių pripažinimo susitarimų signataras kalibravimo ir bandymų laboratorijų, darbuotojų, gaminių, kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemų sertifikavimo bei kontrolės įstaigų srityse

## **AKREDITAVIMO PAŽYMĖJIMAS**

**Nr. LA.02.015**

Galioja iki 2014-11-04

Nacionalinis akreditacijos biuras liudija, kad

***Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos  
metrologijos laboratorija***

*Rudnios g. 6, LT – 09300 Vilnius*

*Rotušės a. 12, LT – 44279 Kaunas*

***atitinka LST EN ISO/IEC 17025:2005***

reikalavimus ir akredituota atlikti

***santykinės oro drėgmės, atmosferos slėgio, temperatūros,  
debesų aukščio, atmosferos skaidrumo, sniego tankio,  
oro ir vandens srauto greičio matuoklių kalibravimą***

Akreditavimo sritis pateikta pažymėjimo priede

**Pirmasis akreditavimo pažymėjimas išduotas 1999-12-01**

**Direktore**



2009-11-04 Vilnius

**Irena Mikelionienė**