

AKREDITAVIMO PAŽYMĖJIMAS Nr. LA.079-06

Nacionalinis akreditacijos biuras patvirtina, kad

atitinka

**Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos
prie Aplinkos ministerijos
Matavimų kokybės ir technikos skyrius**

LST EN ISO/IEC 17020:2012

reikalavimus

juridinio asmens pavadinimas: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos
juridinio asmens kodas: 290743240

ir yra kompetentinga vykdyti:

**matavimo priemonių tikrinimą
kaip C tipo kontrolės įstaiga**

Žemiau pateikiama akreditavimo sritis yra neatskiriama šio akreditavimo pažymėjimo dalis. Veiklos vykdymo vietų adresai nurodyti akreditavimo srityje


Atitikties vertinimo įstaiga akredituota nuo: **2021-04-26**

Pažymėjimas išduotas / galioja nuo: **2024-09-30**

Dėstoma versija patvirtinta: **2025-08-04**

Pažymėjimas galioja iki: **2026-04-25**

Direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas


TADAS JUODELIS

Pažymėjimas gali būti pakeistas, jo galiojimas sustabdytas arba panaikintas Nacionalinio akreditacijos biuro sprendimu. Informacija apie galiojančių akreditavimo pažymėjimų duomenis skelbiama interneto svetainėje nab.lrv.lt.





AKREDITAVIMO SRITIS

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Matavimų kokybės ir technikos skyrius, akredituota kaip *C tipo kontrolės įstaiga* LST EN ISO/IEC 17020:2012 atitikčiai

Veiklos vykdymo vietos adresas:

Oršos g. 8, Vilnius

Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, neeilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Barometrai membraniniai ir skaitmeniniai Matavimo ribos (800.. 1060) hPa Leidžiamoji paklaida nuo $\pm 0,25$ hPa	Metrologinė patikra	PM 9074324-17:2000 (galioja iki 2025-08-09)
Elektroniniai ir aneroidiniai barometrai Matavimo ribos (800.. 1060) hPa Leidžiamoji paklaida nuo $\pm 0,15$ hPa	Metrologinė patikra	BPM 290743240-159:2025 (galioja nuo 2025-08-10)
Skaitmeniniai termometrai Matavimo ribos (-40.. +60) °C Leidžiamoji paklaida nuo $\pm 0,1$ °C	Metrologinė patikra	BPM 8871101-129:2008, Pakeitimas 1
Skaitmeniniai drėgmėmačiai Matavimo ribos (20.. 100) %RH	Metrologinė patikra	BPM 8871101-129:2008, Pakeitimas 1
Anemometrai oro srauto greičiui matuoti Matavimo ribos (0,5.. 40) m/s Leidžiamoji paklaida nuo ± 3 %	Metrologinė patikra	BPM 8871101-132:2008

Akreditavimo pažymėjimas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu kaip Nacionalinio akreditacijos biuro direktoriaus įsakymo, kuriuo jis patvirtintas, priedas